

Codice Articolo – Ref.: 0903-00 ; 0903-0 ; 0903-1 ; 0903-2 ; 0903-3 ; 0903-4
Code

Descrizione Spatole per cemento

Product Description *Cement spatulas*

Materiale di produzione Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture *Instrument made of stainless steel*

Note tecniche Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes *Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata** Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration** *Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento Singolo pezzo

Packages *Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by